発行番号　第 2015-S1-00327-001 号

平成 27 年 7 月 27 日

分析結果報告書

一般財団法人猪苗代町振興公社　　御中

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下タ川原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

分析責任者	郡司　法民

平成 27 年 7 月 13 日付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

試料形態　水質
件名（場所）　一般財団法人猪苗代町振興公社
試料名　天然水（魚のつかみ取り池）
試料採取者　福島県環境検査センター㈱　栗木陽司
採取日　平成27年7月13日　14時07分　　天候　晴
測定方法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測定機器　セイコー・イージーアンドジー㈱　SEG-EMS
測定容器　2L マリネリ容器
測定日時　平成27年7月14日　15時19分
放射能濃度　試料採取日時に半減期補正した値
備考

核種	放射能濃度	備考
セシウム 134　(Cs-134)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 137　(Cs-137)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 134、137の合計	検出せず（2 Bq/L 未満）	—
— 以下余白 —		